

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 120

Набор реагентов для выделения ДНК из биологических образцов «ALPREP Forensic Plus» на 100 выделений

Сведения о НД: ТУ ВУ 193208315.066-2022

Серия: 110424А

Дата изготовления: 11.04.24

Годен до: 11.04.26

Наименование показателя	Нормативная величина	Результат анализа
Чистота выделения ДНК/РНК по показателю соотношения A260/280	1.8-2.2	2.091
Количество НК (нг/мкл)	Не менее 70	84.4
Детекция ДНК человека	Отсутствует	Отсутствует
Детекция ДНКаз, РНКаз	Отсутствуют	Отсутствуют

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ ВУ 193208315.066-2022

Специалист по контролю качества:

Ведущий биолог

Ю.А. Шилова

Дата выдачи паспорта: 15.04.2024.



ООО «Альгимед Техно»

220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22/1, ком. 309

Тел. +375(29)893-14-44

Сайт: www.algimed-techno.com Почта: techno@algimed.com