

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 123

*Набор реагентов для определения содержания
 иммуноглобулинов класса М
 к SARS-CoV-2 в сыворотке или плазме крови человека
 методом иммуноферментного анализа
 «ИФА-IgM-SARS-CoV-2»*

Сведения о НД: ТУ ВУ 193208315.012-2020

Серия: 230424

Дата изготовления: 23.04.24

Годеи до: 23.04.25

Компоненты набора	Серия	Годеи до
Иммуносорбент	002	23.10.2025
Конъюгат	002	23.10.2025
Положительный контроль (К ⁺)	002	23.10.2025
Отрицательный контроль (К ⁻)	002	23.10.2025
Раствор для разведения сывороток	002	23.10.2025
20-ти кратный концентрат промывочного раствора	002	23.10.2025
ТМБ-субстрат	002	23.10.2025
Стоп-реагент	002	23.04.2027

Показатель	Значение по ТУ	Результаты контроля качества
Отрицательный контроль, ОЕ, не более	0,2	0,19
Положительный контроль, ОЕ, не менее	0,6	2,5

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ ВУ 193208315.012-2020

Специалист по контролю качества:

Ведущий биолог



Т.В. Глинкина

Дата выдачи паспорта: 25.04.2024.

ООО «Альгимед Техно»

220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22/1, ком. 309

Тел. +375(29)893-14-44

Сайт: www.algimed-techno.com Почта: techno@algimed.com